

発行年月日 平成23年11月14日

報告書番号 GE110281 - 00

測定結果報告書

大丸エナウイン株式会社 様

株式会社山梨県環境科学検査センター
〒400-0111
山梨県甲斐市竜王新町2277-12
TEL 055-278-1600 FAX 055-278-1601
測定責任者 廣瀬 正貴



放射性物質の測定結果を以下のとおり報告いたします。

件名 : 放射性物質測定
試料受領年月日 : 平成23年11月10日
測定対象試料名 : 知床らうす海洋深層水純水ブレンドYA11090848
採取場所 : 大丸エナウイン株式会社 山中湖工場
試料採取日時 : 平成23年11月9日 8:48
測定方法 : ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー
測定項目 : ヨウ素 (I-131)、セシウム (Cs-134、Cs-136、Cs-137)
測定日 : 平成23年11月12日

測定結果は以下のとおりです。

| 測定対象試料名 | 核種 | 放射能濃度 (Bq/kg) | 暫定規制値 (Bq/kg) |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| 知床らうす海洋深層水純水ブレンドYA11090848 | I-131 | 検出せず | 300 |
| | Cs-134 | 検出せず | 200 |
| | Cs-136 | 検出せず | |
| | Cs-137 | 検出せず | |

注1：放射能濃度は、試料採取日時に半減期補正した値である

注2：「検出せず」は、検出下限値未満の意（検出下限値：0.1Bq/kg）

